

平成 19 年 11 月 1 日

伊都地区事業場 職場巡視結果報告書

平成 19 年 10 月度の職場巡視の結果について、下記の通り報告します。

記

実施日時：平成 19 年 10 月 25 日（木） 15:00～16:30

実施場所：

巡視結果：

液体窒素等を使用するために酸素濃度検知装置が設置されています。酸素欠乏の防止、事故発生時の対応など、黒木安全衛生コンサルタントから提案がある予定ですので、参考にして対策を講じて下さい。これ以外には特記すべき指摘事項はありません。

以上。