

令和1年5月巡視報告書

巡視日：令和1年5月20日

巡視場所： [REDACTED]

巡視場所	巡視内容	
[REDACTED]		<ul style="list-style-type: none"> ・特に問題なし
[REDACTED]		<ul style="list-style-type: none"> ・ボンベラックが固定されていません。固定を行って下さい。
[REDACTED]		<ul style="list-style-type: none"> ・液体窒素ボンベの保管場所が定められ、全て固定され良好な状態です。

		<ul style="list-style-type: none"> ・かなり重量があると思われる乾燥機が実験台の上に設置されています。地震などの際に滑り落ちる可能性がありますので、固定を行うようにしてください。
<p>【 </p>		<ul style="list-style-type: none"> ・実験装置 (保管庫?) のキャスターがロックされていますが、転がり防止対策をすることをお勧めします。
<p>【 </p>		<ul style="list-style-type: none"> ・棚の転倒防止、固定の工夫、棚の引き戸がガラス材のため保護材での保護をしたほうがよい

【 】	巡視に途中から参加、写真なし	・パソコン機器の転落防止をする必要あり。
--------	----------------	----------------------