





<p>■■■■■</p> <p>■■■■■</p>	<p>5. 実験室内のガスボンベ転倒防止に、プラスチックチェーンを使用して、装置に止めています。ボンベラック等を使用して確実に固定して下さい。</p> <p>使用していない液体窒素容器が部屋の隅に置かれています。使用しない資材は、保管庫に収納して下さい。</p> <p>工作用ツールが設置されていますが、使用時の注意事項の掲示を行い、保護具を備え付けて下さい。</p> <p><u>実験室に有機溶剤を石油缶で持ち込んでいますが、実験室内で有機溶剤等の保管をしないようにして下さい。</u></p> <p>実験装置や換気装置の騒音がしています。騒音レベルを確認して対応することが望まれます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>要改善</p>
<p>■■■■■</p> <p>■■■■■</p>	<p>6. 窓の無い1室は、設置されている換気装置の能力を確認し、2室との間のパーティションの上部を開放する等検討して下さい。</p> <p>建材や家具類からシックハウス症の原因となるVocが発散していることも考えられます。</p>	